



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto 52.872 de 17/12/63
R. Paraíba, 1003 - 18700-110 Avaré/SP Fone/fax 014-37119100

Prezados Senhores,

Favor nos fornecer, até 15/02/2019, proposta para **01 (uma) unidade 010138-Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)** conforme descrição abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	010138-Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)	Unidade	01
Deverá possuir no mínimo, as seguintes especificações técnicas: Equipamento de utilização clínica, composto por endoscópio flexível, fonte de luz, equipado com seus respectivos acessórios, para observação do trato respiratório. Aplicação básica: Equipamento destinado a procedimentos e observação do trato respiratório em pacientes acometidos de traumas, possibilitando o domínio da intubação difícil. Fibrobroncoscópio com ângulo de visão de no mínimo de 90 noventa graus, profundidade de aproximadamente 3 a 50 mm, capacidades de angulação de aproximadamente 180 graus para cima, 130 graus para baixo. Tubo de inserção com diâmetro externo máximo de 5,0 cinco mm, diâmetro distal de no máximo 5,0 cinco mm e comprimento de trabalho de aproximadamente 600 mm. Dotado de canal de trabalho com diâmetro de no mínimo 2,0 mm e comprimento total de no mínimo 850 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura e desinfecção por Ácido Peracético. Devem acompanhar o equipamento: 01 um limpador de lente, 01 uma escova para limpeza, mala para transporte e acondicionamento do equipamento, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento, fonte de luz de no mínimo 100 W, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra ótica com conectores e 01 uma lâmpada reserva. Alimentação elétrica 110/220 V. Registro na Anvisa. Catálogo e Manual em português.			

Santa Casa de Misericórdia de Avaré
44.584.019/0001-06
Comissão de Compras
14-37119101



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto 52.872 de 17/12/63

R. Paraíba, 1003 - 18700-110 Avaré/SP Fone/fax 014-37119100

MODELO DE PROPOSTA

Em papel timbrado

Razão Social da empresa:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Quadro de dirigentes com CPF:

Endereço completo, telefone, e-mail e fax.

Número de agência bancária e conta:

Vimos apresentar nossa proposta para fornecimento de **01 (uma) unidade 010138-Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)** em atendimento a descrição técnica, disponibilizada pela Santa Casa de Misericórdia de Avaré, para fins de execução do Convênio nº 869132/2018 - Proposta nº 045213/2018 celebrado com o Ministério da Saúde.

Item	Nome	Descrição técnica	Un.	Quantidade	Valor unitário	Valor total

Prazo de entrega: até 120 (cento e vinte) dias corridos

Valor total da proposta:

Prazo de validade da proposta: mínimo 60 dias

Qualquer informação extra, garantia, manutenção:

Local e data:

Carimbo, Nome e

Assinatura: representante legal da empresa.