



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56



ATA DA COTAÇÃO DE PREÇOS DIRETO NO MERCADO nº 002/2021 CONVÊNIO nº 888525/2019 - PROPOSTA nº 48.783/2019

No dia 31 de agosto de 2021, às 10h00, na sala de reuniões da Provedoria, a COMISSÃO DE COMPRAS composta pelo Presidente da sessão Miguel Chibani Bakr, equipe de Apoio Procurador Dr. Cesar Piagentini Cruz, Coordenador de Enfermagem – Enfermeiro Daniel Faria Ribeiro, Contador - Rodrigo Aparecido de Oliveira, Enfa. Fernanda Benati Alves, Fisioterapeuta Lucas Augusto Evangelista Pereira, Enfa. Magna Garbelotte e Assessora Administrativa - Rosa Okiishi Junqueira Forlini para a abertura e julgamento do processo de Cotação de Preços Direto no Mercado nº 002/2021 visando a execução do Convênio nº 888525/2019 - Proposta nº 48.783/2019 celebrado com o Ministério da Saúde, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Especializada em Saúde.

REGISTRO DA SESSÃO - Para o registro da presente sessão, esta Comissão de Compras consigna que com vistas a ampliação e diversificação das fontes das informações coletadas para a presente cotação, com o intuito de viabilizar as aquisições, providenciou a publicação o aviso da Cotação no Semanário Oficial Eletrônico da Estância Turística de Avaré, Edição nº 1.039 de 11/08/2021, inseriu o aviso de cotação e o edital da presente cotação no site oficial da Santa Casa de Misericórdia de Avaré: santacasaavare.com.br/page/licitacao, expediu e-mails com o aviso e o edital para diversas empresas, possíveis interessadas em participar da presente cotação, conforme buscas de empresas em sites disponíveis na internet, realizou pesquisas através do acesso livre da plataforma mais brasil, de instituições de saúde que lançaram editais para aquisição, (especialmente do ventilômetro), providencias todas tomadas durante o período de 11/08/2021 a 20/08/2021. Registrado que as dificuldades para obter as propostas se fizeram presentes nas Cotações Prévias de Preços nº 001/2020, nº 003/2020, nº 004/2020 e Cotação Direta no Mercado nº 001/2020, publicadas no site <https://www.convenios.gov.br> - Plataforma+Brasil - Acesso Livre, entretanto sem êxito, pois todas as tentativas foram desertas /fracassados para o item ventilômetro. Com relação a balança antropométrica, através da Cotação Prévia de Preços nº 003/2020 foi homologado o item à empresa Total Tech Distribuidora Ltda, que na fase de contratação desistiu do fornecimento alegando não conseguir manter o preço devido as mudanças econômicas decorridas pela Pandemia da Covid-19 e também pela



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

FL N° 344
SECRETARIA

variação do dólar. Diante dos expostos, obtivemos propostas das empresas elencadas abaixo, para balizar o julgamento dos itens a saber:

Do Julgamento - Item 1- 01 (uma) unid. 011247-Balança Antropométrica para Obesos -
Valor Total R\$ 1.700,00 aprovado pelo Ministério da Saúde

ordem	Empresas participantes	valor unitário	valor total
1	Emanuele Pereira Marques - ME	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
2	Balanças Net - Marcos Lima Pereira - ME	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
3	Hipromed Moriah Com. Import. Serviços Ltda	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

Inabilitada: A empresa SP Magazine de Eletrônicos Eireli - CNPJ nº 36.128.473/0001-16 por não apresentar a proposta e documentos de habilitação conforme edital.

Desclassificada: A proposta da empresa Balanças Net - Marcos Lima Pereira - ME - CNPJ nº 08.730.771/0001-46 que apresentou proposta sem identificação do Convenio/Processo de Cotação.

Classificadas: As propostas das empresas Emanuele Pereira Marques - ME - CNPJ nº 36.905.788/0001-22 no valor de R\$1.690,00 e Hipromed Moriah Com. Import. Serviços Ltda - CNPJ nº 32.311.246/0001-70 no valor de R\$2.200,00, que conforme parecer técnico anexo, atendem as descrições técnicas elencadas no edital.

Vencedora: A proposta da empresa. Emanuele Pereira Marques - ME por apresentar o menor preço e dentro do valor limite aprovado pelo Ministério da Saúde.

Do Julgamento - Item 2 - 02 (uma) unid. 010294-Ventilômetro/ Respirômetro - Valor Unitário - R\$ 23.000,00 - Total R\$ 46.000,00 aprovado pelo Ministério da Saúde

ordem	Empresas participantes	valor unitário	valor total
1	Hipromed Moriah Com. Import. Serviços Ltda	R\$ 29.000,00	R\$ 58.000,00
2	I.S. Costa Central Telemedicina	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00
3	AAMed Com. Equipamentos Eireli	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00

Inabilitada: A empresa Inframed por não apresentar a proposta e documentos de habilitação conforme edital.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

FL N° 8YS
SECRETARIA

- Desclassificada: A proposta da empresa I.S. Costa Central Telemedicina CNPJ nº 18.031.325/0001-05, por não atender ao descritivo técnico, e a proposta da empresa Hipromed Moriah Com. Import. Serviços Ltda CNPJ nº 32.311.246/0001-70 no valor total de R\$58.000,00 por falta de informações sobre garantia e manutenção.

Classificada: proposta da empresa AAMed Com. Equipamentos Eireli - CNPJ nº 10.238.563/0001-76 no valor total de R\$70.000,00, que conforme parecer técnico anexo, atende a descrição técnica elencada no edital, por ser representante exclusiva do equipamento, entretanto, julgamos fracassada por apresentar preço muito superior ao pré aprovado pelo Ministério da Saúde.

Dando continuidade ao feito, a Comissão emitirá ofício ao Ministério da Saúde juntamente com as homologações para fins de "aceite" e liberação do recurso conforme Portaria 424.

Nada mais havendo a relatar sobre o presente julgamento, esta Comissão de Compras encerra os trabalhos com a lavratura desta ata por mim, Rosa Okiishi Junqueira Forlini que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros abaixo, em seguida, submetida à apreciação do Senhor Provedor para fins de divulgação dos resultados às empresas participantes. Estância Turística de Avaré, 28 de setembro de 2021.

COMISSÃO DE COMPRAS:

Presidente da Comissão, Miguel Chibani Bakr

Procurador, Dr. Cesar Piagentini Cruz


Coord. Enf. Enfermeiro Daniel Faria Ribeiro

Contador, Rodrigo Aparecido de Oliveira

Enfa. do C. Cirúrgico, Fernanda Benati Alves

Enfa. U.T.I, Magna Garbelotte

Fisioterapeuta, Lucas A. Evangelista Pereira



Fernanda B. Alves



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56




COTAÇÃO DE PREÇO DIRETO NO MERCADO Nº 002 – 2021 CONVÊNIO Nº 888.525/2019


PARECER TÉCNICO

Após avaliação técnica dos dados enviados pelas empresas concorrentes, seguem pareceres abaixo, referente ao **item 01 – 011247 - balança antropométrica**:

Empresa	Observação	Parecer
Emanuele Pereira Marques – ME	Apresenta todas as características solicitadas.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Balanças Net – Marcos Lima Pereira – ME*	Apresenta todas as características solicitadas.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Hipromed Moriah Com. Import. Serv. Ltda	Apresenta todas as características solicitadas.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.

Estância Turística de Avaré – SP, 31 de agosto de 2021


Magna Garbelotte
Enfermeira
Coren/SP 152457SP


Lucas A. Evangelista Pereira
Fisioterapeuta
Crefito-3/214187-F



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56



COTAÇÃO DE PREÇO DIRETO NO MERCADO Nº 002 – 2021 CONVÊNIO Nº 888.525/2019

PARECER TÉCNICO

Após avaliação técnica dos dados enviados pelas empresas concorrentes, seguem pareceres abaixo, referente ao **item 02 – 010294 – ventilômemetro/ respirômetro**:

Empresas	Observação	Parecer
AAMed Com. Equip. Eireli	Apresenta todas as características solicitadas no descritivo.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.
I. S. Costa Central Telemedicina Eireli Central Hospitalar	O equipamento não é em aço inoxidável como solicitado no edital; diâmetro do mostrador é menor do que o solicitado no descritivo, não possui dois ponteiros indicadores.	Não atende as descrições técnicas elencadas no edital
Hipromed Moriah Com. Import. Serv. Ltda	Apresenta todas as características solicitadas no descritivo.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.

Estância Turística de Avaré – SP, 31 de agosto de 2021

Magna Garbelotte
Enfermeira
Coren/SP 152457SP

Lucas A. Evangelista Pereira
Fisioterapeuta
Crefito-3/214187-F