



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

ATA DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA TIPO MENOR PREÇO nº 002/2022 CONVÊNIO nº 921300/2021 - PROPOSTA nº 048447/2021

No dia 18 de abril de 2.022, às 10h00, a COMISSÃO DE COMPRAS e equipe de apoio composta pelo Presidente da sessão Miguel Chibani Bakr, Contador – Rodrigo Aparecido Rodrigues, Procurador – Dr. Cesar Piangentini Cruz, Enfa. Responsável pela UTI- Magnia Garbelote, Enfa. da Maternidade Gislayne Cristina Aguillar Bida, Enfa. Maisa Rodrigues da Silva Camargo – responsável pelo Centro Cirúrgico, Coordenador de Enfermagem - Enf. Daniel Faria Ribeiro e Assessora Administrativa – Rosa Okiishi Junqueira Forlini para a abertura e julgamento do processo de Cotação Prévia de Preços nº 002/2022 visando a execução do Convênio nº 921300/2021 - Proposta nº 048447/2021 celebrado com o Ministério da Saúde, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Especializada em Saúde.

REGISTRO DA SESSÃO

Para o registro da Cotação Prévia de Preços nº. 002/2022, para fins de avaliações técnicas das propostas obtidas através do Edital inserido e disponibilizado no sitio no SICONV – www.convenios.gov.br ou Plataforma+Brasil, no período de 14/03/2022 a 25/03/2022, com aviso publicado em 12/03/2022 na edição nº 1.057 do Semanário Oficial da Estancia Turística de Avaré e no site <http://www.santacasaavare.com.br/page/licitação>.

Do Julgamento -Item 1- 01 (uma) unidade de monitor multiparâmetros no valor de R\$ 17.247,00 aprovado pelo Ministério da Saúde

ordem	empresas	valor unitário	valor total
1	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	R\$ 8.725,00	R\$ 8.725,00
2	SisnacMed Produtos para Saúde Ltda	R\$ 12.700,00	R\$ 12.700,00
3	Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Dec. 53 de 05/11/56

4	Clara Maria Pereira Marques – ME Manancial Produtos Médicos	R\$ 13.965,00	R\$ 13.965,00
5	Philips Medical Systems Ltda	R\$ 15.691,81	R\$ 15.691,81
6	Hospeq Com. e Manut. de Equip. Ltda EPP	R\$ 16.992,00	R\$ 16.992,00
7	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00

Desclassificadas: as propostas das empresas a seguir discriminadas foram desclassificadas por não atenderem no edital: Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda, Hospeq Com. e Manut. de Equip. Ltda - EPP, pelo descritivo bem como a letra "j" - CEIS e "k" Sisbacen do item 4.1.2 – do edital - apresentação da CEIS e não atender ao descritivo técnico; Clara Maria Pereira Marques ME - Manancial Produtos Médicos, SisnacMed Produtos para Saúde Ltda por não atender a letra "k" do item 4.1.2 – Sisbacem e desclassificada pela equipe técnica; Medsystem Equipamentos Médicos Ltda por não atender a letra "k" do item 4.1.2 – Sisbacen.

Vencedora: a proposta da Philips Medical Systems Ltda, CNPJ nº 58.295.213/0021-11 por atender ao edital, parecer técnico favorável e está dentro do valor aprovado pelo Convênio.

Do Julgamento -Item 2- 2 (duas) unidades de monitor multiparâmetros para centro cirúrgico no valor unitário de R\$43.727,00 e valor total de R\$ 87.454,00 aprovado pelo Ministério da Saúde

ordem	fornecedores:	valor unitário	valor total
1	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	R\$ 27.140,00	R\$ 54.280,00
2	Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda	R\$ 34.500,00	R\$ 69.000,00
3	Clara Maria Pereira Marques – ME Manancial Produtos Médicos	R\$ 34.500,00	R\$ 69.000,00
4	Philips Medical Systems Ltda	R\$ 41.121,22	R\$ 82.242,23
5	Hospeq Com. e Manut. de Equip. Ltda - EPP	R\$ 42.980,00	R\$ 85.960,00
6	SisnacMed Produtos para Saúde Ltda	R\$ 43.720,00	R\$ 87.440,00




SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56


Desclassificada: a empresa Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda e Hospeq Com. e Manut. de Equip. Ltda - EPP por não atender ao edital pelo descritivo bem como a letra "j" - CEIS e "k" - Sisbacen do item 4.1.2 - do edital; SisinacMed Produtos para Saúde Ltda por não atender a letra "k" do item 4.1.2 - Sisbacen; Clara Maria Pereira Marques ME - Manancial Produtos Médicos por não atender a letra "k" do item 4.1.2 - Sisbacen e desclassificada tecnicamente; Alfa Med Sistemas Médicos Ltda por não atender as letras "j" - CEIS e "k" - Sisbacen do item 4.1.2 - do edital.


Classificada/vencedora: a proposta da Philips Medical Systems Ltda, CNPJ nº 58.295.213/0021-11, por atender todas as especificações do edital e aprovadas pelo parecer técnico e está dentro do valor aprovado pelo Convênio.


Nada mais havendo a relatar sobre o presente julgamento, esta Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata por mim, Rosa Okiishi Junqueira Forlini  que, após lida e achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Compras e, em seguida, submetida à apreciação do Senhor Provedor para fins de divulgação do resultado às empresas participantes. Estância Turística de Avaré, 18 de abril de 2022.


COMISSÃO DE COMPRAS:

Presidente da Comissão, Miguel Chibani Bakr 


Procurador, Dr. Cesar Piagentini Cruz 

Enfermeira da UTI, Magna Garbelote 

Enfa. do C. Cirúrgico, Maisa Rodrigues da Silva Camargo 

Enfa. da Maternidade Gislayne Cristina Aguillar Bida 

Contador, Rodrigo Aparecido de Oliveira 

Coordenador de Enfermagem, Daniel Faria Ribeiro 



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 002 – 2022 TIPO MENOR PREÇO - CONVÊNIO Nº 921300/2021

Parecer Técnico

Após avaliação técnica dos dados enviados pelas empresas concorrentes, seguem pareceres abaixo, referente ao **monitor multiparamétrico**:

Empresas	Observação	Parecer
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Não possui resolução mínima solicitada de 1024 x 768 pontos	Não atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda	Não especifica se é adulto, infantil; não apresenta polegada solicitada pelo edital; não descreve referência pix da tela	Não atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Hospeq Com. e Manut. de Equipamentos Ltda - EPP	Proposta não descreve qual o modelo de equipamento apresentado	Não atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Manancial Produtos Médicos ME	Não possui resolução mínima solicitada de 1024 x 768 pontos; não descreve IPX1	Não atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Medsystem Equipamentos Médicos Ltda	Apresenta todas as características solicitadas.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Philips Medical Systems Ltda	Apresenta todas as características solicitadas.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.

[Handwritten signatures in blue ink]





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

SisnacMed Produtos para Saúde Ltda	O edital solicita resolução mínima de tela de 1024 x 768 pontos, o catálogo apresenta resolução 800 x 600 pontos, porém no descritivo comercial do produto a resolução é de 1024 x 768 pontos.	Não atende as descrições técnicas elencadas no edital.
------------------------------------	--	--


Magna Garbelotte
Enfermeira
Coren/SP 152457


Maisa Rodrigues da Silva Camargo
Enfermeira
Coren/SP 181.293


Gislayne Cristina Aguillar Bida
Enfermeira Coren/SP nº 284.051



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56


COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 002 – 2022


TIPO MENOR PREÇO - CONVÊNIO Nº 921300/2021


Parecer Técnico

Após avaliação técnica dos dados enviados pelas empresas concorrentes, seguem pareceres abaixo, referente ao **monitor multiparamétrico para centro cirúrgico**:

Empresas	Observação	Parecer
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Apresenta todas as características solicitadas.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Biotech CNV Equipamentos Médicos Ltda	Não possui resolução mínima solicitada de 1024 x 768 pontos, não descreve IPx1, o descritivo solicita o acessório ETCO2 e PAI	Não atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Hospeq Com. e Manut. de Equipamentos Ltda - EPP	Apresenta todas as características solicitadas.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Manancial Produtos Médicos ME	Não descreve IPX1	Não atende as descrições técnicas elencadas no edital.
Philips Medical Systems Ltda	Apresenta todas as características solicitadas.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.
SisnacMed Produtos para Saúde Ltda	Apresenta todas as características solicitadas.	Atende as descrições técnicas elencadas no edital.


Magna Garbelotte
Enfermeira
Coren/SP 152457


Maisa Rodrigues da Silva Camargo
Enfermeira
Coren/SP 181.293


Gislayne Cristina Aguillar Bida
Enfermeira Coren/SP nº 284.051